



CERTIFICADO DE ANÁLISE

REG.PRO.01/C

SUPER GASES INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA - CNPJ: 25.975.554/0001-35
RUA MARIA BATISTA, 394 - JABUTI - EUSÉBIO/CE - CEP: 61.766-760 - FONE: (85) 3487.8196
<https://www.supergases.ind.br> qualidade@supergases.ind.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**AR SINTÉTICO MEDICINAL****DADOS DE REFERÊNCIA DO FABRICANTE**

LOTE: 06082689000048509511A

DATA DE FABRICAÇÃO: 06/08/2026

DATA DE VALIDADE: 06/08/2028

LOTE DA MP: 890000485095

TAMANHO DO LOTE: 24

DADOS DE ANÁLISE DO CONTROLE DE QUALIDADE

Análise do Produto	Unidade	Especificação	Resultado	Metodologia Analítica
Oxigênio (O ₂)	%	21,0 - 22,5%	22,1	Paramagnético
Umidade (H ₂ O)	PPM	≤67,0	2	Eletrolítico

Cilindro analisado nº :

33525042

Equipamento utilizado:

Central Analisadora Modelo Medicinal - Gás Expert

Última calibração:

17/06/2026

Referências :

Farmacopéia Brasileira - 8ª edição - Volume II

Recomendações de segurança:

O cilindro deve ser armazenado em local limpo, bem-ventilado, e protegido das condições climáticas e materiais combustíveis.

O local deve ser reservado para o armazenamento de gases medicinais.

O cilindro deve ser protegido de choques ou quedas, mantidos distantes de fontes de calor ou ignição, separados de materiais inflamáveis, e protegidos das condições adversas do tempo.

O cilindro deve ser mantidos sempre na posição vertical. As válvulas devem ser fechadas quando não estão em uso.

Para maiores informações de segurança consultar a FDS do produto.

CONTROLE DE QUALIDADE

DATA E HORA:	REALIZADO POR:	CONFERIDO POR:
06/08/2026 10:54	SAMIRA VERAS	THALITA RODRIGUES

GARANTIA DA QUALIDADE

STATUS:

☒

APROVADO



REPROVADO

THALITA RODRIGUES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
FARMACÊUTICA CRF/CE 4032

RECONCILIAÇÃO DE LOTE

TOTAL DE CILINDROS APROVADOS:24

TOTAL DE CILINDROS REPROVADOS:0

RENDIMENTO: 100%